



Le professionnel de la désinfection
LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
A. MOREIRA
C. CARON
H. DEPOORTER
S. BAILLEUL

CERTIFICAT D'ANALYSE ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle* **LOT** : 02036
pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS) **BATCH NUMBER**
PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 10/03/2016
Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.
Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.
Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.
Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Dr. Tals Monteiro Cardoso
Farmaceutica
CRF/SP: 47.420

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Date d'émission
Sending out date
11/03/2016

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 20 67 67 68
Siret N° 458 501 921 00043 - SA au capital de 232.800 €

