



Le professionnel de la désinfection

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

C.CARON

H. DEPOORTER

S.BAILLEUL

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle*

LOT : 04017

pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS) BATCH NUMBER

PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 07/02/2017

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.

Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Date d'émission

Sending out date

08/02/2017

Dr. Iais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SF: 47.420

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

H. Depoorter

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 20 67 67 68
Siret N° 458 501 921 00043 - SA au capital de 232.800 €

