

	CERTIFICADO DE ANÁLISE
---	-------------------------------

Produto
F3 CONC.POLIEL.ACIDO K1 CA 3,5 P/HD FR.5L CX C/4

Lote: 0430/16	Fabricação:	04/2016
	Validade:	04/2017

TESTE	ESPECIFICAÇÃO	RESULTADO
1.Aspecto*	Liquido limpido, incolor a levemente amarelado	Conforme
2.Odor*	Caracteristico	Conforme
3.Conductividade**	11 - 15 mS/cm	Conforme
4.pH**	6,8 - 7,5	Conforme
5.Sodio**	138,0 - 141,4 mEq/L	Conforme
6.Potassio**	1,00 - 1,05 mEq/L	Conforme
7.Calcio**	3,50 - 3,68 mEq/L	Conforme
8.Cloreto**	108,5 - 113,9 mEq/L	Conforme
9.Magnesio**	1,00 - 1,05 mEq/L	Conforme
10.Acetato**	3,00 - 3,15 mEq/L	Conforme
11.Bicarbonato**	32,00 - 33,60 mEq/L	Conforme
12.Contagem Microbiana**	≤ 100 UFC/mL	Conforme
13.Endotoxina **	≤ 0,5 UE/mL	Conforme

Observações
 * Testes realizados no CPHD.
 ** Testes realizados na solução diluída na proporção indicada para uso.
 *** O CPHD DEVE SER ARMAZENADO SOBRE PALLETS, AFASTADO DAS PAREDES E EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 35 °C.

Resultado
 Os resultados obtidos pelo Controle de Qualidade Farmarin estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Legislação RDC nº 8, de 2 de janeiro de 2001.



www.farmarin.com.br
SAC - 0800-101106

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE