



CERTIFICADO DE ANÁLISE

Produto

F3 CONC.POLIEL.BASICO 8,4% P/HD FR.5 LT. CX C/4

Lote: 0704/16
Fabricação: 06/2016
Validade: 06/2017

| TESTE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO |
|-------------------------|--|-----------|
| 1.Aspecto* | Liquido limpido, incolor a levemente amarelado | Conforme |
| 2.Odor* | Caracteristico | Conforme |
| 3.Conductividade** | 11 - 15 mS/cm | Conforme |
| 4.pH** | 6,8 - 7,5 | Conforme |
| 5.Sodio** | 138,0 - 141,4 mEq/L | Conforme |
| 6.Bicarbonato** | 32,00 - 33,60 mEq/L | Conforme |
| 7.Contagem Microbiana** | ≤ 100 UFC/mL | Conforme |
| 8.Endotoxina ** | ≤ 0,5 UE/mL | Conforme |

Observações

* Testes realizados no CPHD.

** Testes realizados na solução diluída na proporção indicada para uso.

O CPHD DEVE SER ARMAZENADO SOBRE PALLETS, AFASTADO DAS PAREDES E EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 35 °C.

Resultado

Os resultados obtidos pelo Controle de Qualidade Farmarin estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Legislação RDC nº 8, de 2 de janeiro de 2001.

Responsável pelo Controle de Qualidade

www.farmarin.com.br
SAC - 0800-101106