


|  | | CERTIFICADO DE ANÁLISE | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|
| Produto F3 CONC.POLIEL.BASICO 8,4% P/HD FR.5 LT. CX C/4 | | | |
| Lote: 0873/13 | | Fabricação: | 07/2013 |
| | | Validade: | 07/2014 |
| TESTE | ESPECIFICAÇÃO | RESULTADO | |
| 1.Aspecto* | Liquido limpido, incolor a levemente amarelado | Conforme | |
| 2.Odor* | Caracteristico | Conforme | |
| 3.Condutividade** | 11 - 15 mS/cm | Conforme | |
| 4.pH** | 6,8 - 7,5 | Conforme | |
| 5.Sodio** | 138,0 - 141,4 mEq/L | Conforme | |
| 6.Bicarbonato** | 32,00 - 33,60 mEq/L | Conforme | |
| 7.Contagem Microbiana** | ≤ 100 UFC/mL | Conforme | |
| 8.Endotoxina ** | ≤ 0,5 UE/mL | Conforme | |

Observações

* Testes realizados no CPHD.

** Testes realizados na solução diluída na proporção indicada para uso.

*** O CPHD DEVE SER ARMAZENADO SOBRE PALLETS, AFASTADO DAS PAREDES E EM UMA TEMPERATURA ENTRE 10 E 35 °C.

Resultado

Os resultados obtidos pelo Controle de Qualidade Farmarin estão de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Legislação RDC nº 8, de 2 de janeiro de 2001.



www.farmarin.com.br
SAC - 0800-101106

RESPONSÁVEL PELO CONTROLE DE QUALIDADE