



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A.MOREIRA

C.CARON

H. DEPOORTER

S.BAILLEUL

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle*

LOT : 09037

pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS) BATCH NUMBER

PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 11/04/2017

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.

Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

PRODUIT CONFORME

PRODUCT CONFORMITY

OUI

YES

NON

NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission

Sending out date

12/04/2017

*Dr. Taís Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420*

Visa Technicien Qualité

Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité

Quality Control Manager Visa



Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes

Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 20 67 67 68

Siret N° 458 501 921 00043 - SA au capital de 232.800 €