



## CONTROLE DA QUALIDADE ASSEGURADA

PRODUTO: **PIELSANA POLIHEXANIDA GEL 100G**

REGISTRO: **80175820009**

LOTE: **143/16**


FABRICAÇÃO: **05/2016**

VALIDADE: **05/2018**

REFERÊNCIA: **USP-26ª EDIÇÃO.**

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido transparente, viscoso, incolor e inodoro	Conforme
Densidade (g/mL)	1,000 – 1,040	1,008
pH	5,5 – 7,5	6,1
Volume de Envase (g)	100,0 – 102,0	100,36

CONCLUSÃO:	<b>APROVADO</b>
Emitido em:	04/05/2016

  
Alessandra Ferreira Sanchez  
Gerente da Qualidade  
Assegurada

CRF – SP 70.962

**DBS Indústria e Comércio Ltda.**

Rua José Ramos Guimarães, 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000  
Fone: (11) 4891-1149 - Fax: (11) 4891-1169  
E-mail: [dbsaude@terra.com.br](mailto:dbsaude@terra.com.br)