

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle* **LOT** : 15046
pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS) **BATCH NUMBER**

PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 12/05/2016

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.

Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Anay Meire de Paula
CRF-SP 48.712
Farmacêutica

Date d'émission
Sending out date
12/05/2016

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

M. Auréline

[Signature]