

CONTROLE DA QUALIDADE ASSEGURADA

PRODUTO: PIELSANA GAZE 7,5 CM X 40 CM

REGISTRO: 80175820002

LOTE: 156/18


FABRICAÇÃO: 04/2018

VALIDADE: 04/2020

REFERÊNCIA: USP – 26ª EDIÇÃO

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido oleoso, límpido e de coloração levemente, amarelada.	Conforme
Densidade (mL)	0,920 – 0,940	0,924
Índice de Saponificação	205 - 215	211,16
Índice de Acidez	Máximo de 1,6	0,94
Volume de Envase (mL)	10,0 – 11,0	10,0

CONCLUSÃO:	APROVADO
Emitido em:	23/04/2018


Alessandra Ferreira Sanchez
Gerente da Qualidade
Assegurada
CRF – SP 70.962

DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br