

RIOQUIMICA S.A.
AV. TARRAF, 2590/2600 – JD. ANICE – CEP: 15057-441 CNPJ: 55.643.555/0001-43
S.J.R.P. – SP/(17) 4009 - 4288
Home-page: www.rioquimica.com.br

Produto/Producto.....: 0520104826 – FITA/TIRA RIOSCOPE OPA TEST STRIPS – 40 UNIDADES
Lote/Lote.....: 1704326
Fabricação/Fabricación.....: 11/2017
Validade/Validez.....: 11/2019

Ensaio/ Ensayo	Un. Medida	Especificação/Especificado	Resultado
Apresentação/Presentación		Emlagem plástica com 40 fitas/ Embalage de plástico con 40 tiras	Conforme especificação/ Conforme especificación
Características/ Características		A região absorvente da fita teste deve apresentar coloração verde./ La región absorvente de la tira de prueba debe presentar coloración verde.	Conforme especificação/ Conforme especificación
Teste de eficácia 1/ Prueba de eficacia 1		Deverá apresentar coloração roxa./ Debe presentar coloración púrpura.	Conforme especificação/ Conforme especificación
Teste de Eficácia 2/ Prueba de eficacia 2		Deverá apresentar coloração roxa./ Debe presentar coloración púrpura.	Conforme especificação/ Conforme especificación
Teste de Eficácia 3/ Prueba de eficacia 3		Deverá apresentar coloração roxa./ Debe presentar coloración púrpura.	Conforme especificação/ Conforme especificación
Conservação/ Conservación		Conservar em temperatura ambiente (15-30°C) e longe da umidade./ Conservar en temperatura ambiente (15-30°C) y lejos da humedad.	Conforme especificação/ Conforme especificación
Análise visual da embalagem final/ Análisis visual del embalage final		Conforme especificação./ Conforme especificación.	Conforme especificação/ Conforme especificación

Laudo: APROVADO SEM RESTRIÇÕES ***/Laudo: APROBADO SIN RESTRICIONES ***

Este documento é uma reprodução eletrônica do original e é valido sem assinatura.
O documento original assinado encontra-se em poder da RIOQUIMICA S.A. /
Este documento es una reproducción eletronica del original y es válido sin firma.
El documento original firmado es sostenido por la RIOQUIMICA S.A.

Iuri Visquetto
Responsável pelo Controle de Qualidade/ Responsable del Control de Calidad
CRF-SP 74.134
