

CONTROLE DA QUALIDADE ASSEGURADA

PRODUTO: **PIELSANA GAZE 7.5 CM X 7.5 CM**

REGISTRO: **80175820002**

LOTE: **271/18**

FABRICAÇÃO: **07/2018**

VALIDADE: **07/2020**

REFERÊNCIA: **USP – 26ª EDIÇÃO**

TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Aspecto	Líquido oleoso, límpido e de coloração levemente amarelada.	Conforme
Densidade (g/mL)	0,920 – 0,940	0,927
Índice de Saponificação	205 - 215	210,05
Índice de Acidez	máximo de 1,6	0,78
Volume de Envase (mL)	3,0 – 4,0	3,0

CONCLUSÃO:	APROVADO
Emitido em:	02/08/2018

Alessandra Ferreira Sanchez
Gerente da Qualidade
Assegurada

CRF – SP 70.962

DBS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua José Ramos Guimarães, nº 57 - Centro - Bom Jesus dos Perdões - SP - CEP 12955-000

tel.: 11 4891-1149 / 4891-1146 / 4891-1169

www.dbsaude.com.br