



Laboratoires  
**ANIOS**

Le professionnel de la désinfection

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable

Manager

J.FOSSE

Techniciens

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

A. MOREIRA

C. CARON

H. DEPOORTER

S. BAILLEUL

## CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT** : *Bandelettes de contrôle* **LOT** : 30086  
*pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS)* BATCH NUMBER

**PRODUCT** *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 06/09/2016

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.

Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCT CONFORMITY

**OUI**   
YES

**NON**   
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission

Sending out date

18/10/2016

*J. Fosse*  
Dr. João Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/ SP: 47.420

Visa Technicien Qualité

Quality Technician Visa

*H. Depoorter*

Visa Responsable Contrôle Qualité

Quality Control Manager Visa

Pavé du Moulin - 59260 Lille-Hellemmes  
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 20 67 67 68  
Siret N° 458 501 921 00043 - SA au capital de 232.800 €

