



Laboratoires

ANIOS

Le professionnel de la désinfection

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager

V. DECOTTIGNIES

Techniciens
Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. DE FREITAS

C. CARON

H. DEPOORTER

CERTIFICAT D'ANALYSE

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : *Bandelettes de contrôle* **LOT** : 34095
pour Stéranios (2%-2%NG-2%ECS) BATCH NUMBER

PRODUCT *Stéranios control strips*

Date d'analyse : 28/09/2015

Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions de Glutaraldéhyde ajustées à 1,5% et à 2,0%.

Verification of strips' efficacy using 1,5% and 2,0% Glutaraldéhyde solutions.

Contrôle du virage à l'orange avec bordure rose (1,5%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of negative answer at 1,5% (Orange with pink border colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

Contrôle du virage au rose uniforme (2,0%) en 15 secondes effectué sur 10 bandelettes.

Verification of positive answer at 2,0% (Uniform pink colouring within 15 seconds) performed with 10 strips.

PRODUIT CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
YES

NON
NO

Date d'émission
Sending out date
28/09/2015

David
Analyseur de Paula
CRF-SP 48.712
Pharmaceutica

Visa Technicien Qualité
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager Visa

M. Auréline

Paula