

LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE  
Responsable  
Manager  
V. DECOTTIGNIES  
Techniciens  
M. DUFOUR  
L. FORTRIE  
S. MONSAURET  
T. LEURIDAN

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT** : *Bandelettes de contrôle  
pour Instrunet'Anioxyde 1000*

**LOT** : 401051

**PRODUCT** *Instrunet'Anioxyde 1000 control strips*

**BATCH NUMBER**

Date d'analyse : 22/10/2015  
Analysis date

Vérification de l'efficacité des bandelettes à l'aide de solutions d'acide peracétique ajustées à 850 et à 900 ppm.  
Verification of strips' efficacy using 850 and 900 ppm peracetic acid solutions.

Virage non homogène (traces ou points blancs) à 850 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.  
No colour, quick colour disappearance (small points or coloured edge), within 10 seconds performed with 10 strips.

Virage homogène au noir à 900 ppm en 10 secondes effectué sur 10 bandelettes.  
Homogenous positive answer at 900 ppm (dark colouring) within 10 seconds performed with 10 strips.

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCT CONFORMITY


**OUI**   
YES

**NON**   
NO

  
Anay Meire de Paula  
CRF-SP 48.712  
Farmacêutica

Date d'émission  
Sending out date  
22/10/2015

Visa Technicien Qualité  
Quality Technician Visa



Visa Responsable Contrôle Qualité  
Quality Control Manager Visa

