

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A023.03AR

Data de Fabricação: 01/2018


Data de Validade: 01/2020

Data da Análise: 18/06/2018


| TESTES | ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,7 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,35 | 1,34 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,90 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado


Dra. Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144


Angela Sabino
CRF/SP 83715
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: A023.03AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

23/01/2018

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
| Índice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,00 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,15 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 01/2020

23/01/2018
Fecha de emisión
Date d'émission

ful
Dr.º Taís Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/ SQ: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

