

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A029.03AR

Data de Fabricação: 01/2018

Data de Validade: 01/2020

Data da Análise: 18/06/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,94

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Angela Sabino  
CRF/SP 83715  
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9º Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*

PRODUIT

**LOTE:** *A029.03AR*

LOT

**Fecha del análisis:** *29/01/2018*

Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,0	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,00	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**

PRODUIT CONFORME

SI



OUI

NO

NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 01/2020

*29/01/2018*

Fecha de emisión

Date d'émission

*Dr. Taís Monteiro Cardoso*  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*Enrique Amaro Llanos*

Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.000

*Pablo Anios*

Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

