

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A057.03AR

Data de Fabricação: 02/2018

Data de Validade: 02/2020

Data da Análise: 07/05/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,02

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Angela Sabino  
CRF/SP 83715  
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA COMERCIAL  
Av. Belgrano 1217 Piso 9° Of. 94  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

WWW.LECTUS.COM.AR

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: A057.03AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**26/02/2018**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 02/2020

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

26/02/2018  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*Dr. Tais Monteiro Cardoso*  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Firma: ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.033

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios