

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A078.02AR

Data de Fabricação: 03/2018


Data de Validade: 03/2020

Data da Análise: 05/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH. MG - 01	5,5	6,5	6,0
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,09


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144



Angela Sabino  
CRF/SP 83715  
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Platanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494

  
**LECTUS**  
Confianza en  
Desinfección

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERAÑIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *A078.02AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** *19/03/2018*  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,0	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,00	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,12	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 03/2020

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

19/03/2018  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

Dr. Oscar Mario...  
DIRECTOR TÉCNICO  
Nº 12.500