

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A081.02AR

Data de Fabricação: 03/2018

Data de Validade: 03/2020

Data da Análise: 05/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,08

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Dra Leia Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

LEIA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA  
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en  
 Desinfección

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANÍOS 2%**

**LOTE: A081.02AR**  
 LOT

**Fecha del análisis:**  
 Date d'anàlisi:

**22/03/2018**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Índice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,10	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI  **X**  
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 03/2020

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

22/03/2018  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*[Signature]*  
 Dr.º Tais Monteiro Cardoso  
 Farmacéutica  
 CRF/ SP: 47.420

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios