

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A095.02AR

Data de Fabricação: 04/2018

Data de Validade: 04/2020

Data da Análise: 05/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,05

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Dra. Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Angela Sabino
CRF/SP 83715
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 1B
(C1093AAC) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 5242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERAÑIOS 2%

LOTE: A095.02AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

05/04/2018

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,13	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2020

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

05/04/2018
Fecha de emisión
Date d'émission

[Signature]
Dr.º Taís Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF/SF: 47.420

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

ING. MARCE ANASTASI
INGENIERO TECNICO
M.P. 51.952

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios