

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A096.03AR

Data de Fabricação: 04/2018

Data de Validade: 04/2020

Data da Análise: 05/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,98


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado



Dra. Leá Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

LEÁ APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144



Angela Sabino
CRF/SP 83715
Farmacêutica

MARIA ANGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

OFICINA
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
 (C1093AAC) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina.
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERAÑIOS 2%
 PRODUIT

LOTE: A096.03AR
 LOT

Fecha del análisis: 06/04/2018
 Date d'anàlisi

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfracció	1,33	1,34	1,35
Densidad Densitat	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldèhid	1,80	2,13	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2020

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

06/04/2018
 Fecha de emisión
 Date d'emissió

Dr. Tais Monteiro Cardoso
 Farmacéutica
 CRF / SE: 47.420

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Control de Qualitat Lectus

FORM. 000001-0001
 000001-0001
 000001-0001

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Control de Qualitat Anios