

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A099.04AR

Data de Fabricação: 04/2018

Data de Validade: 04/2020

Data da Análise: 05/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,02


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**



Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP: 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144



MARIA ANGELA SABINO LEITÃO  
CRF/SP: 83715

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Platanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERAÑIOS 2%**

**LOTE:** A099.04AR  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'anàlisi:

09/04/2018

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,13	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 04/2020

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**  
09/04/2018  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Dr. Tais Monteiro Cardoso  
Farmacéutica  
CRF/SP: 47.420

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Ing. CARLOS ANTONIO LUCAS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.F. 20.124

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios