

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSYME FIRST

Lote: A10023S

Data de Fabricação: 04/2018


Data de Validade: 04/2020

Data da Análise: 14/06/2018


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	8,0	9,5	8,9
Índice de Refração MG - 04	1,35	1,38	1,36
Densidade MG - 03	1,01	1,07	1,06

Referência: Documentação do Fabricante Laboratórios Anios.

Resultado: Aprovado


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144


MARIA ÂNGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

MARIA ÂNGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 03

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Técnicos
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
C. CARON
H. DEPOORTER
S. BAILLEUL
A. MOREIRA

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOSYME FIRST

PRODUCTO
PRODUCT

Date d'analyse : 10/04/2018

Fecha de producción y de análisis
Analysis date

LOT : A10023S

LOTE
BATCH NUMBER


ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	8,0	8,8	9,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,35	1,37	1,38
Densité (IS18) Densidad Density	1,01	1,06	1,07
Activité Amylasique UA.ml ⁻¹ .min ⁻¹ (RDC55) Actividad enzimática de la amilasa Amilase activity	0,09	0,09	
Activité Protéasique UP.ml ⁻¹ .min ⁻¹ (RDC55) Actividad enzimática de la proteasa Proteolytic activity	0,28	0,36	


PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
20/04/2018


Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa


Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa