

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOXYDE 1000

Lote: A129.02AR

Data de Validade: 05/2019

Data da Análise: 19/06/2018


TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
GERADOR			
pH MG - 01	7,0	9,0	8,4
Índice de Refração MG - 04	1,3348	1,3356	1,3351
Densidade MG - 03	1,008	1,016	1,008
Teor de H ₂ O ₂ (%)	2,90	3,20	2,98
ATIVADOR LOTE: A127.03AR			
pH (Tiras de Reagente 4 a 7) MG - 02	5,0	6,5	5,5
Aspecto MG - 06	Líquido límpido alaranjado	Líquido límpido alaranjado	Conforme
Índice de Refração MG - 04	1,4300	1,4600	1,4502

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultados: **Aprovado**


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP 79144

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144


MARIA ANGELA SABINO LEITÃO
CRF/SP: 83715

Angela Sabino
CRF/SP 83715
Farmacêutica

Anexo 01 – CQ – 12 Ver. 03

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
(C1093AAC) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54.11-4381-4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54.11-4258-4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: ANIOXYDE 1000
PRODUIT

LOTE: A129.02AR
LOT

Fecha del análisis: 09/05/2018
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
GENERADOR			
pH	7,0	8,2	9,0
Índice de refracción Indice de réfraction	1,3348	1,3351	1,3356
Densidad Densité	1,008	1,009	1,016
(%) H ₂ O ₂	2,90%	3,05	3,20 %
Estabilidad H ₂ O ₂ (16h a 60°C+ medición %H ₂ O ₂)	2,75%	3,03	3,20%
ACTIVADOR A127.03AR			
pH (tiras indicadoras)	5,0	5,5	6,5
Aspecto Apparence	Amarillo límpido	Conforme	
Índice de refracción Refractive index	1,4300	1,4502(20°C)	1,4600


PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

14/05/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Dra Lea Aparicio D. Barneo
Farmacéutica
CRF/ISP 79144


COMERCIAL 3 ALBE LTDA.