

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A143.01AR

Data de Fabricação: 05/2018


Data de Validade: 05/2020

Data da Análise: 27/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,00

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: A143.01AR**  
LOT

**Fecha del análisis:** 23/05/2018  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,14	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 05/2020**

23/05/2018  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.003

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

Dra. Lea Aperecida D. Barreto  
Farmacéutica  
C:FRSP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.