

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A148.01AR

Data de Fabricação: 05/2018

Data de Validade: 05/2020

Data da Análise: 27/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	6,0
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

  
LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO  
CRF/SP: 79144

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
TelFax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

www.lectus.com.ar

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *A148.01AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** *28/05/2018*  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
<b>pH</b>	5,5	6,1	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,01	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 05/2020

**28/05/2018**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLAROS  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 20.033

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

Dra. Lea Aparicida D. Barneche  
Farmacéutica  
C.F.I.S.P. 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.