

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A148.04AR

Data de Fabricação: 05/2018


Data de Validade: 05/2020

Data da Análise: 27/07/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,03

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.


Resultado: Aprovado


LEA APARECIDA DOMINGUES BARRETO
CRF/SP: 79144

Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO:
PRODUIT

STERANIOS 2%

LOTE: A148.04AR
LOT

Fecha del análisis:
Date d'analyse

28/05/2018

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,13	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 05/2020

28/05/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.839


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

Dra. Lea Aperecida D. Barrio
Farmacéutica
C-3FISP 7914A 

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.