

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A152.04AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 15/08/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,94


Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado



Tais Marçal Silva

Analista de Controle de Qualidade



Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto

Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



CERTIFICADO DE ANÁLISIS
 CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
 PRODUIT

LOTE: *A152.04AR*
 LOT

Fecha del análisis: *01/06/2018*
 Date d'anàlisi

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Índice de réfracció	1,33	1,34	1,35
Densidad Densitat	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéide	1,80	2,15	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 06/2020

01/06/2018
 Fecha de emisión
 Date d'emissió

[Signature]
 Control de Calidad Lectus
 Control de Qualitat Lectus

[Signature]
 Control de Calidad Anios
 Control de Qualitat Anios

DR. GABRIEL ANIBAL BLANCO
 DIRECTOR TÉCNICO
 M.F. 02.103

[Signature]

Dra Lea Aparecida D. Barreto
 Farmacéutica
 CRF/SP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Control de Calidad
 01/06/2018
 12-02-18