

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A152.05AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 15/08/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,92

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**

**Tais Marçal Silva**

Analista de Controle de Qualidade

Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Df. 18  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
 Desinfección

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
 PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: A152.05AR**  
 LOT

**Fecha del análisis:**  
 Date d'analyse

**01/06/2018**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción <i>Indice de réfraction</i>	1,33	1,34	1,35
Densidad <i>Densité</i>	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) <i>Glutaraldéhyde</i>	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 06/2020**

**01/06/2018**  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus

  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

DR. ENRIQUE ANIBAL LLERAS  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 N.º 9.858

  
 Dra. Enriqueta D. Barreto  
 Farmacéutica  
 CRF/SP 79144

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**