

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A163.04AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 15/08/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,96

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Resultado: Aprovado**

**Tais Marçal Silva**

Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Lea Aparecida Domingues Barreto**

Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
 CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** STERANIOS 2%  
 PRODUIT

**LOTE:** A163.04AR  
 LOT

**Fecha del análisis:** 12/06/2018  
 Date d'anàlisi

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfracció	1,33	1,34	1,35
Densidad Densitat	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldèhid	1,80	2,15	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUCT CONFORME

SI  X  
 OUI

NO  
 NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 06/2020

12/06/2018  
 Fecha de emisión  
 Date d'emissió

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Control de Qualitat Lectus

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Control de Qualitat Anios

*[Signature]*  
 Dra. Ana Apapocida D. Barreto  
 Farmacéutica  
 CRF/SP 79144

DR. CARLOS RAMIRO LLORENTE  
 DIRECTOR TÉCNICO  
 12/06/2018

COMERCIAL 3 ALBÉ LID.