

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A164.04AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 15/08/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,94

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: Aprovado

Tais Marçal Silva

Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto

Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
(C1095AAD) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54 11-4361.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 5242/48
(1885) Pítanos, Berazategu
Buenos Aires, Argentina
Tel/Fax + 54 11-4258.4494

LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
PRODUIT

LOTE: A164.04AR
LOT

Fecha del análisis: 13/06/2018
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Índice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 06/2020

13/06/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

DR. CARLOS ANASTAS LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M-F 2017


Dra. Lea Aparicio D. Barreto
Farmacéutica
CRF/SP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

2018-06-13
Control de Calidad Anios