

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A166.03AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 26/09/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

**Tais Marçal Silva**

Analista de Controle de Qualidade

Dta Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Lea Aparecida Domingues Barreto**

Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494

# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *A166.03AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** *15/06/2018*  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,16	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** *06/2020*

**15/06/2018**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

FARM. EXPORTE AMARILLO  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 30.205

  
Dra. Len Aparecida D. Barreto  
Farmacéutica  
CRF/SP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.