

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A177.04AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 26/09/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

**Tais Marçal Silva**

Analista de Controle de Qualidade

Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3243/48  
(1885) Platanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERANIOS 2%**

**LOTE: A177.04AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**26/06/2018**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,13	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 06/2020**

**26/06/2018**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

ING. ERROQUE ANIBAL LUCERO  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 10050

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

  
Dra. Lea Alejandra J. Barrio  
Farmacéutica  
CRF/SP 79144

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**