

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A180.03AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 26/09/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES		RESULTADOS
	mínima 20°C	máxima 20°C	
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

**Tais Marçal Silva**

Analista de Controle de Qualidade

**Lea Aparecida Domingues Barreto**

Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
(C1093AAC) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494

  
**LECTUS**

Confianza en  
Desinfección

**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**  
CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:**  
PRODUIT

**STERAÑIOS 2%**

**LOTE: A180.03AR**  
LOT

**Fecha del análisis:**  
Date d'analyse

**29/06/2018**

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,14	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI  X  
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD: 06/2020**

**29/06/2018**  
Fecha de emisión  
Date d'émission

  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Ing. GABRIEL MARCO LACROIX  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.P. 30.814

  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

  
Dra. Lucía Alejandra D. Barneo  
Farmacéutica  
CRF/SP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.