

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:**A212.02AR

Data de Fabricação: 07/2018  
Data de Validade: 07/2020

Data da Análise: 27/11/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,09

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Tais Marçal Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

Resultado: **Aprovado**

**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
 de Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
 Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
 (1885) Plátanos, Berazategui  
 Buenos Aires, Argentina.  
 Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
 PRODUIT

**LOTE:** *A212.02AR*  
 LOT

Fecha del análisis: *31/07/2018*  
 Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,15	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
 PRODUIT CONFORME

SI   
 OUI

NO  
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: 07/2020

31/07/2018  
 Fecha de emisión  
 Date d'émission

*[Signature]*  
 Control de Calidad Lectus  
 Contrôle de Qualité Lectus  
 Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
 Farmacéutica  
 CRF/SP 79144

*[Signature]*  
 Control de Calidad Anios  
 Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.