

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOXYDE 1000

Lote: A22201

Data de Fabricação: 08/2018

Data de Validade: 08/2019

Data da Análise: 08/10/2018


TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
GERADOR			
pH MG - 01	7,0	9,0	8,2
Índice de Refração MG - 04	1,3348	1,3356	1,3348
Densidade MG - 03	1,008	1,016	1,010
Teor H ₂ O ₂ (%) MG - 07	2,90	3,20	2,95
ATIVADOR Lote: A21502			
pH (Tira Reagente 4 a 7) MG - 02	5,0	6,5	6,0
Aspecto MG - 06	Líquido límpido alaranjado	Líquido límpido alaranjado	Conforme
Índice de Refração MG - 04	1,4300	1,4600	1,4482

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios



Tais Marçal Silva
Analista de controle de Qualidade

Resultado: *Aprovado*



Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável substituta
CRF:79.144

Anexo 01 - CQ - 12 Rev.03

