

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A239.04AR

Data de Fabricação: 08/2018

Data de Validade: 08/2020

Data da Análise: 05/11/2018

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C | ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,7 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,35 | 1,33 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,98 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Tais Marçal Silva
Analista de Controle de Qualidade

Resultado: Aprovado

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144
Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494

**LECTUS**

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *A239.04AR*
LOT

Fecha del análisis: *27/08/2018*
Date d'analyse

| ANÁLISIS ANALYSE | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Indice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,35 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,18 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI X
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 08/2020

27/08/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios


Dra. Lea Aparecida D. Barrio
Farmacéutica
CRF/ISP 79144

FARM. ENTREGUE ASADO CLASOR
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.013

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.