

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** A240.02AR

Data de Fabricação: 08/2018

Data de Validade: 08/2020

Data da Análise: 05/11/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,97

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

**Tais Marçal Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

Resultado: **Aprovado**

Dr<sup>a</sup> Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
**Desinfección**

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *A240.02AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** *28/08/2018*  
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
<b>Índice de refracción</b> Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
<b>Densidad</b> Densité	0,99	1,01	1,02
<b>Glutaraldehído (%)</b> Glutaraldéhyde	1,80	2,13	2,20

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

**FECHA DE CADUCIDAD:** 08/2020

28/08/2018  
Fecha de emisión  
Date d'émission



Dra. Leonor Mercedes D. Barreto  
Farmacéutica  
CRF/SP 79144



Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus

Enrique Amaro Durazo  
DIRECTOR TÉCNICO  
M.F. 2010



Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.