

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOSGEL 85 NPC

Lote: A26105S

Data de Fabricação: 09/2018
Data de Validade: 09/2021

Data da Análise: 03/12/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH (Tira Reagente 4 a 7) MG - 02	4,7	5,8	5,0
Índice de Refração MG - 04	1,35	1,38	1,36
Densidade MG - 03	0,85	0,88	0,86
Viscosidade (mPa.s) MG - 09	1000	3000	1800

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**

Tais Marçal Silva
Analista de Controle de Qualidade

Dr^a Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

CQ - 12 Rev. 03

www.3albe.com.br