

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: Opaster Anios

Lote: A26415S

Data de Fabricação: 09/18


Data de Validade: 09/20

Data da Análise: 05/12/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	6,5	7,5	6,5
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: **Aprovado**



Tais Marçal Silva
Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144



Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144



LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager
J.FOSSE
Techniciens
Técnicos
Technicians
M. DUFOUR
L. FORTRIE
S. MONSAURET
T. LEURIDAN
C. CARON
H DEPOORTER
S BAILLEUL
A. MOREIRA
T. DELGHEIER

CERTIFICAT D'ANALYSE
CERTIFICADO DE ANALISIS
ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : OPASTER'ANIOS BR

PRODUCTO
PRODUCT

LOT :A26415S

LOTE
BATCH NUMBER

Date de fabrication et d'analyse : 21/09/2018

Fecha de fabricación y análisis
Production and analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (IS21)	6,5	6,8	7,5
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,33	1,34	1,35
Densité (IS18) Densidad Density	0,99	1,00	1,02
Orthophtaldéhyde (%) (IS03) Orthophtaldehido Orthophtaldehyde	0,62	0,66	0,68

PRODUIT CONFORME
PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI
SI
YES

NON
NO
NO

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
23/09/2018

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa