

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO: ANIOS R444**

**Lote: A26811S**

Data de Fabricação: 25/09/2018

Data de Validade: 25/08/2021

Data da Análise: 05/12/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH (tira reagente 0-2,5) MG - 02	0,0	2,0	0,0
Índice de Refração MG - 04	1,37	1,40	1,37
Densidade MG - 03	1,34	1,38	1,34

Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

**Resultado: Aprovado**

**Tais Marçal Silva**  
Analista de Controle de Qualidade

Dra Leia Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Leia Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144



LABORATOIRE DE  
CONTROLE QUALITE

Responsable  
Manager  
J.FOSSE  
Techniciens  
Técnicos  
Técnicíans  
M. DUFOUR  
L. FORTRIE  
S. MONSAURET  
T. LEURIDAN  
C.CARON  
H DEPOORTER  
S.BAILLEUL  
A.MOREIRA  
T. DELGHEIER

**CERTIFICAT D'ANALYSE**  
CERTIFICADO DE ANALISIS  
ANALYSIS CERTIFICATE

**PRODUIT : ANIOS R444**

PRODUCTO  
PRODUCT

**LOT : A26811S**

LOTE  
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 25/09/2018

Fecha de producción y de análisis  
Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH (Bandelettes 0 à 2,5 ) (Bandeletas 0-2,5) (Indicator strips 0 to 2,5)		0,0	2,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,37	1,39	1,40
Densité (IS18) Densidad Density	1,34	1,36	1,38

**PRODUIT CONFORME**  
PRODUCTO CONFORME  
PRODUCT CONFORMITY

OUI   
SI  
YES

NON   
NO  
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Date d'émission  
Fecha de emisión  
Sending out date  
12/10/2018

*J. F. F.*  
Dr. Tafs Monteiro Cardoso  
Farmacêutica  
CRF/ SP: 47.420

Visa Technicien Qualité  
Visado Técnico Calidad  
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité  
Visado Responsable Control calidad  
Quality Control Manager Visa

*H. Depoorter*