

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A296.03AR

Data de Fabricação: 10/2018

Data de Validade: 10/2020

Data da Análise: 18/12/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,9
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,11

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Tais Marçal Silva
Analista de Controle de Qualidade

Dra Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto
Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1° Of. 18
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: **STERANIOS 2%**
PRODUIT

LOTE: **A296.03AR**
LOT

Fecha del análisis: **23/10/2018**
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,02	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME


SI
OUI


NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 10/2020

23/10/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Farm. Mariano A. Velcor
DIRECCIÓN TÉCNICA
M.P. 10.773


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.