

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A297.02AR

Data de Fabricação: 10/2018

Data de Validade: 10/2020

Data da Análise: 18/12/2018

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,01
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,15

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Tais Marçal Silva

Analista de Controle de Qualidade



Dea Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto

Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18
(C1093AAO) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANIOS 2%*
PRODUIT

LOTE: *A297.02AR*
LOT

Fecha del análisis: *24/10/2018*
Date d'analyse

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,10	2,20


PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME


SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: *10/2020*

24/10/2018
Fecha de emisión
Date d'émission


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Fern. Mariana A. Velicer
DIRECTORA TÉCNICA
M.P. 19.773


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios


Dr. Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF/SP: 47.420

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.