

## CERTIFICADO DE ANÁLISE

**PRODUTO:** STERANIOS 2%

**Lote:** B123.03AR

Data de Fabricação: 05/2019

Data de Validade: 05/2021

Data da Análise: 25/06/2019

| TESTES                        | ESPECIFICAÇÕES<br>mínima<br>20°C | ESPECIFICAÇÕES<br>máxima<br>20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|
| pH<br>MG - 01                 | 5,5                              | 6,5                              | 5,8        |
| Índice de Refração<br>MG - 04 | 1,33                             | 1,35                             | 1,33       |
| Densidade<br>MG - 03          | 0,99                             | 1,02                             | 1,00       |
| Glutaraldeído (%)<br>MG - 08  | 1,80                             | 2,20                             | 2,00       |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

**Tais Marçal Silva**  
Farmacêutica  
CRF:94.928

Dra. Lea Aparecida D. Barreto  
Farmacêutica  
CRF/SP 79144

**Lea Aparecida Domingues Barreto**  
Farmacêutica Responsável Substituta  
CRF: 79.144

OFICINA  
Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 18  
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma  
de Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL  
Av. Pte. Néstor Kirchner 3242/48  
(1885) Plátanos, Berazategui  
Buenos Aires, Argentina.  
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



# LECTUS

Confianza en  
Desinfección

## CERTIFICADO DE ANÁLISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

**PRODUCTO:** *STERANIOS 2%*  
PRODUIT

**LOTE:** *B123.03AR*  
LOT

**Fecha del análisis:** 03/05/2019  
Date d'analyse

| ANÁLISIS<br>ANALYSE                          | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÍNIMO | RESULTADO<br>RESULTAT<br>(20°C) | ESPECIFICACIÓN<br>SPECIFICATION<br>(a 20°C)<br>VALOR MÁXIMO |
|--|---|---------------------------------|---|
| pH   | 5,5   | 6,0                             | 6,5   |
| Índice de refracción<br>Índice de réfraction | 1,33  | 1,34                            | 1,35  |
| Densidad<br>Densité                          | 0,99  | 1,00                            | 1,02  |
| Glutaraldehído (%)<br>Glutaraldéhyde         | 1,80  | 2,15                            | 2,20  |

**PRODUCTO CONFORME**  
PRODUIT CONFORME

SI   
OUI

NO  
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 05/2021

**COMERCIAL 3 ALBE LTDA.**

03/05/2019  
Fecha de emisión  
Date d'émission

*Dr. Luis Montaña Caruso*  
Farmacéutica  
CRF/SE: 47.420

*[Signature]*  
Control de Calidad Lectus  
Contrôle de Qualité Lectus  
Farm. Mariana A. Valdez  
DIRECTORA TÉCNICA  
M.P. 19.773

*[Signature]*  
Control de Calidad Anios  
Contrôle de Qualité Anios