

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: A180.01AR

Data de Fabricação: 06/2018

Data de Validade: 06/2020

Data da Análise: 26/09/18

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,35	1,33
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	2,01

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**

Tais Marçal Silva

Analista de Controle de Qualidade


Dra. Lea Aparecida D. Barreto
Farmacêutica
CRF/SP 79144

Lea Aparecida Domingues Barreto

Farmacêutica Responsável Substituta
CRF: 79.144

OFICINA
 Av. Belgrano 1217 Piso 1º Of. 1B
 (C1093AAQ) Ciudad Autónoma
 de Buenos Aires, Argentina
 TelFax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
 Av. Pte. Néstor Kirchner 5242/48
 (1885) Plátanos, Berazategui
 Buenos Aires, Argentina
 TelFax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
 Desinfección

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: *STERANÍOS 2%*
 PRODUIT

LOTE: *A180.01AR*
 LOT

Fecha del análisis: *29/06/2018*
 Date d'anàlisi

ANÁLISIS ANALYSE	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÍNIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACIÓN SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MÁXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Índice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,35
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,14	2,20

PRODUCTO CONFORME
 PRODUIT CONFORME

SI X
 OUI

NO
 NON

FECHA DE CADUCIDAD: *06/2020*

29/06/2018
Fecha de emisión
 Date d'émission


Control de Calidad Lectus
 Contrôle de Qualité Lactes

DR. JORGE AMARO LARREA
 INGENIERO QUÍMICO
 N.º 25.032


Control de Calidad Anios
 Contrôle de Qualité Anios


Dra. Luz Alejandra U. Barrios
 Farmacéutica
 CRF/SP 79144

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.