

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: ANIOS RL

Lote: T03304S

Data de Fabricação: 02/2015


Data de Validade: 02/2018

Data da Análise: 30/04/2015

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH-0,2% MG - 01	6,0	8,0	6,9
Índice de Refração MG - 04	1,35	1,37	1,36
Densidade MG - 03	1,00	1,03	1,01


Referência: Documentação do Fabricante Laboratoires Anios.

Resultado: Aprovado



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712



Tatiane Martins de Jesus

Analista de Controle de Qualidade

LABORATOIRE DE
CONTROLE QUALITE

Responsable
Manager

V. DECOTTIGNIES

Techniciens

Técnicos

Technicians

M. DUFOUR

L. FORTRIE

S. MONSAURET

T. LEURIDAN

C. DE FREITAS

C. CARON

H. DEPOORTER

CERTIFICAT D'ANALYSE

CERTIFICADO DE ANALISIS

ANALYSIS CERTIFICATE

PRODUIT : ANIOS RL

PRODUCTO
PRODUCT

LOT : T03304S

LOTE
BATCH NUMBER

Date d'analyse : 02/02/2015

Fecha de producción y de análisis

Analysis date

ANALYSE (Méthode) ANALISIS (Método) ANALYSIS (Method)	SPECIFICATION Especificación Mini (20°C)	RESULTAT RESULTADO RESULT (20°C)	SPECIFICATION Especificación Maxi (20°C)
pH 0,2% (IS21)	6,0	7,6	8,0
Indice de réfraction (IS19) Índice de refracción Refractive index	1,35	1,36	1,37
Densité (IS18) Densidad Density	1,00	1,01	1,03

PRODUIT CONFORME

PRODUCTO CONFORME
PRODUCT CONFORMITY

OUI



SI
YES

NON



NO
NO

COMERCIAL 3 ALBE LTDA

Date d'émission
Fecha de emisión
Sending out date
24/02/2015

Jul
Tais Monteiro Cardoso
Farmacêutica
CRF. 47420

Visa Technicien Qualité
Visado Técnico Calidad
Quality Technician Visa

Visa Responsable Contrôle Qualité
Visado Responsable Control calidad
Quality Control Manager Visa