

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T309.02AR


Data de Fabricação: 11/2015
Data de Validade: 11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES mínima 20°C	ESPECIFICAÇÕES máxima 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,6
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,81

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1270 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
TelFAX + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
TelFAX + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%

PRODUIT

LOTE: T309.02AR

LOT

Fecha del análisis: 05/11/2015

Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,07	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

05/11/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

de
Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF.47420

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios