

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T309.03AR

Data de Fabricação: 11/2015


Data de Validade: 11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

| TESTES | ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C | ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C | RESULTADOS |
|-------------------------------|---|---|------------|
| pH MG - 01 | 5,5 | 6,5 | 5,5 |
| Índice de Refração MG - 04 | 1,33 | 1,38 | 1,34 |
| Densidade MG - 03 | 0,99 | 1,02 | 1,00 |
| Glutaraldeído (%) MG - 08 | 1,80 | 2,20 | 1,93 |

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula


Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1270 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS

CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%

PRODUIT

LOTE: T309.03AR

LOT

Fecha del análisis: 05/11/2015

Date d'analyse

| ANALISIS ANALYSE | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO | RESULTADO RESULTAT (20°C) | ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO |
|---|---|---------------------------------|---|
| pH | 5,5 | 6,1 | 6,5 |
| Indice de refracción Indice de réfraction | 1,33 | 1,34 | 1,38 |
| Densidad Densité | 0,99 | 1,01 | 1,02 |
| Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde | 1,80 | 2,04 | 2,20 |

PRODUCTO CONFORME

PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

05/11/2017

Fecha de emisión

Date d'émission

ful
Dra. Tatiana Montero Cardoso
Farmacéutica
CRF. 47420
COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

[Signature]
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033

[Signature]
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios