

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T314.02AR

Data de Fabricação: 10/11/2015


Data de Validade: 10/11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,7
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,83

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**



Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta


Coord. Controle de Qualidade

CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1270 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494



LECTUS

Confianza en
Desinfección

www.lectus.com.ar

CERTIFICADO DE ANALISIS CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%

PRODUIT

LOTE: T314.02AR

LOT

Fecha del análisis: 10/11/2015

Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,0	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,00	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	2,00	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI

NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

10/11/2017
Fecha de emisión
Date d'émission

Jue
Dra. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF.47420

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.

Quilich
Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus

Farm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TECNICO
M.P. 20.053

Pascual
Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios