

CERTIFICADO DE ANÁLISE

PRODUTO: STERANIOS 2%

Lote: T320.01AR

Data de Fabricação: 16/11/2015


Data de Validade: 16/11/2017

Data da Análise: 16/02/2016

TESTES	ESPECIFICAÇÕES <i>mínima</i> 20°C	ESPECIFICAÇÕES <i>máxima</i> 20°C	RESULTADOS
pH MG - 01	5,5	6,5	5,8
Índice de Refração MG - 04	1,33	1,38	1,34
Densidade MG - 03	0,99	1,02	1,00
Glutaraldeído (%) MG - 08	1,80	2,20	1,88

Referência: Documentação do Fabricante LECTUS s.a.

Resultado: **Aprovado**




Anay Meire de Paula

Farmacêutica Responsável Substituta
Coord. Controle de Qualidade
CRF-SP: 48.712

Anexo 01 - CQ - 12 Rev. 01

OFICINA COMERCIAL
Av. Belgrano 1270 Piso 9º Of. 94
(C1093AAQ) Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4381.4700/4730

PLANTA INDUSTRIAL
Av. Pte. Néstor Krichner 3242/48
(1885) Plátanos, Berazategui
Buenos Aires, Argentina.
Tel/Fax + 54.11-4258.4494

**LECTUS**

Confianza en
Desinfección

WWW.LECTUS.COM.AR

CERTIFICADO DE ANALISIS
CERTIFICAT D'ANALYSE

PRODUCTO: STERANIOS 2%
PRODUIT

LOTE: T320.01AR
LOT

Fecha del análisis: 16/11/2015
Date d'analyse

ANALISIS ANALYSE	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MINIMO	RESULTADO RESULTAT (20°C)	ESPECIFICACION SPECIFICATION (a 20°C) VALOR MAXIMO
pH	5,5	6,1	6,5
Indice de refracción Indice de réfraction	1,33	1,34	1,38
Densidad Densité	0,99	1,01	1,02
Glutaraldehído (%) Glutaraldéhyde	1,80	1,99	2,20

PRODUCTO CONFORME
PRODUIT CONFORME

SI
OUI


NO
NON

FECHA DE CADUCIDAD: 11/2017

16/11/2015
Fecha de emisión
Date d'émission


Dra. Tais Monteiro Cardoso
Farmacéutica
CRF.47420


Control de Calidad Lectus
Contrôle de Qualité Lectus
Firm. ENRIQUE AMARO LLANOS
DIRECTOR TÉCNICO
M.P. 20.033


Control de Calidad Anios
Contrôle de Qualité Anios

COMERCIAL 3 ALBE LTDA.